Mode d'emploi
Cathéter court à ailettes Optiva® W

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Après avoir choisi avec soin le cathéter adapté,

1 • Vérifier l'intégrité de l'emballage

2 • Inspecter visuellement le biseau du cathéter

3 • NE PAS DESOLIDARISER LE CATHETER DE L'AIGUILLE AVANT LA POSE !!!
LE FAIRE PRESENTE UN RISQUE de perforation de la canule !!!



MISE EN PLACE / INSERTION DU CATHÉTER

1 - PONCTION : Adopter un angle de ponction plus plat, plus sécurisant avec les cathéters à aiguille en « V »,pour éviter les risques de transfixion de la veine.



2 - REFLUX : après la visualisation, faire progresser l'ensemble cathéter-aiguille de quelques millimètres à l'intérieur de la veine.

3 - INTRODUCTION du cathéter en immobilisant le mandrin introducteur, et en faisant coulisser le cathéter sur son aiguille.



4 - RETRAIT DU MANDRIN: minimiser toute hémorragie en pressant sur la veine à l'aide d'un doigt, au-dessus de l'extrémité du cathéter.

ATTENTION : ne JAMAIS REINTRODUIRE L'AIGUILLE alors que le cathéter est dans la veine. Ce geste peut sectionner le tube du cathéter !!!

ÉLIMINATION DU MANDRIN

Jeter IMMEDIATEMENT le mandrin dans un collecteur pour objets piquants, coupants, tranchants qui aura été placé à portée de main.

ATTENTION : Ne JAMAIS essayer de RECAPUCHONNER l'aiguille du cathéter !!!



smiths
Smiths Medical France
3-5, rue du Pont des Halles - 94656 - Rungis Cedex
Tél : 01.58.42.50.00 - Fax : 01.58.42.50.50
morl.info@smiths-medical.com - www.smiths-medical.com

KT04-Ed0607-RevA